QuikRead go kapillærprøver

Vejledning til blodprøvetagning

Gælder for QuikRead go-tests: CRP, CRP+Hb, wrCRP og wrCRP+Hb



1 Tag prøven fra en varm eller opvarmet hånd. Prøvetagningsstederne er siderne af langfingeren og ringfingeren.



2 Rens fingeren med en alkoholserviet. Ét strøg er nok. Lad fingeren tørre.



3 Støt prøveudtagningsfingeren med din tommelfinger. Brug pege- og langfinger til at klemme prøvefingeren langs hele dens længde, så prøvetagningsstedet hæver op.



4 Placér lancetten fast mod huden, og lav et stik med en lancet i passende størrelse. Slip trykket.



5 Klem og tør den første dråbe væk. Klem en ny, rund dråbe frem til selve prøven. Klem prøvefingeren fast, men ikke kontinuerligt.



6 Indsæt stemplet i den blå eller orange ende af kapillæret. Fyld kapillæret med prøven op til den hvide stopper (20 µl for QuikRead go CRP & QuikRead go CRP+Hb eller 10 µl for QuikRead go wrCRP & QuikRead go wrCRP+Hb). Sørg for, at der ikke er luftbobler i kapillæret.



7 Tør eventuelt resterende blod af ydersiden af kapillæret.

Korrekt teknik til prøveudtagning:

- Varm hænderne op
- Undgå 'malkning'
- Undgå kontinuerligt tryk

Yderligere information

QuikRead go blodprøvetagning

Prøvetagningssteder

Kolde hænder bør varmes op for at lette prøvetagningen. Folk bruger typisk tommel- og pegefinger til at gribe med, og derfor anbefales de ikke som prøvetagningssteder.

Huden på lillefingeren er meget tyndere end på de andre fingre, hvilket øger risikoen for at ramme knoglen. Siderne af fingrene har flere kapillærer og færre nerver end midterdelen, hvilket mindsker den smerte, der opstår ved prøvetagning.

Rengøring af prøvetagningssted

Det er vigtigt at rengøre prøvetagningsstedet for at undgå infektion. Lad alkohol/vand fordampe fra huden, så de ikke fortynder prøven. Desuden vil en bloddråbe ikke forblive rund på fugtig hud.

Prøvetagningsposition

Patientens hånd skal holdes fast, så patienten ikke kan trække hånden tilbage, når der stikkes. Ved prøvetagning skal patientens finger klemmes, så den fyldes med blod.

Stikket

Der findes både stiklancetter og skærelancetter. Et snit er ofte mere effektivt end et stik. Hvis lancetten er for lille, er det svært at få en tilstrækkelig stor bloddråbe.

Vælg en lancetstørrelse, der passer til patienten. Tryk lancetten fast mod huden for at undgå et for overfladisk stik.

Hvis du bruger en justerbar lancet, indstil den korrekte stikkedybde. Et for dybt stik giver unødvendig smerte og øger mængden af interstitiel væske. For større børn og voksne er en passende stikkedybde ca. 2 millimeter. Patienter med tyk hud kan have brug for en dybere stikkedybde. For små børn bør stikkedybden i fingerspidsen ikke overstige 1,5 millimeter.

Bloddråben

Den første dråbe består mest af interstitiel væske, og derfor tørres den væk. Lad en god bloddråbe dannes, før prøven tages.

Prøvefingeren skal klemmes fast, men ikke kontinuerligt, og ikke lige ved stikkestedet. Hvis du skal klemme fingeren for at få prøven, husk at slippe trykket indimellem. For kraftig klemning kan øge mængden af interstitiel væske i prøven.

Fyldning af kapillæret

Før kapillæret ind i bloddråben diagonalt ovenfra, næsten vandret, men let opadtiltet. Kapillærkraften trækker prøven ind i kapillæret. Tag prøven fra siden af bloddråben. Tryk ikke kapillæret mod huden. Hvis du holder kapillæret nedadtiltet under fyldning, kan det blive ufuldstændigt fyldt, eller der kan dannes luftbobler. Prøven skal være fri for luftbobler, da et for lille prøvevolumen påvirker testens pålidelighed.

Rengøring af kapillæret

Tør overskydende blod af ydersiden af kapillæret for at sikre, at prøvevolumen er præcis det krævede 20 µl (QuikRead go CRP og QuikRead go CRP+Hb) eller 10 µl (QuikRead go wrCRP og QuikRead go wrCRP+Hb). Tryk ikke kapillærets ende mod en serviet, da servietten kan trække blod ud af kapillæret.

Placering af prøven i cuvetten

Fjern beskyttelsesfolien fra cuvetten, før prøven opsamles. Sænk kapillæret ned i væsken i cuvetten. Tryk stemplet ned for at blande prøven med bufferen. Luk cuvetten med låget. Tryk ikke den blå/turkise inderdel af låget ned.

En prøve af høj kvalitet øger pålideligheden af testresultatet.

Kontakt og bestillinger

Aidian Denmark ApS

info@aidian.dk / +45 86 10 30 20
order@aidian.dk
quikread.com

8192-01DK, 11/2026.
Produkterne er CE-mærket i overensstemmelse med IVDR (EU) 2017/746 (CE0123).

AIDIAN

Aidian, QuikRead og QuikRead go er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Aidian Oy.
Aidian udvikler, producerer og markedsfører med over 50 års erfaring diagnostiske testsystemer til sundhedspersonale.

aidian.eu/dk