

QuikRead go® CRP Control Low
QuikRead go® CRP Control
QuikRead go® CRP Control High

Cat. no. 153765
Cat. no. 153764
Cat. no. 153763

English

Intended use

QuikRead go CRP Control Low, QuikRead go CRP Control and QuikRead go CRP Control High are intended for quality control of CRP assays by the QuikRead go Instrument. For *in vitro* diagnostic use.

Principles of the procedure

Use the control in the same way as an unknown **plasma/serum** specimen would be used, following the instructions for the assay procedure.

Reagents

The control is human-based material with added color. It should be handled in the same way as patient sample. The control is stable for 15 minutes in the cuvette.

Preparation

The control is ready-to-use. Allow the material to stabilise for 30 minutes at room temperature (18...25°C). **Mix gently.** Do not shake.

Storage

Stable until the expiry date when stored at 2...8°C. Opened vial: Stable for 2 months at 2...8°C. Do not discard rubber stopper.

Do not use any vial that has visible evidence of microbial growth.

Expected values

The individual result should be within the range indicated on the control vial label. Each laboratory should establish its own mean and precision data.

QuikRead go® CRP Control Low
QuikRead go® CRP Control
QuikRead go® CRP Control High

Kontrolle Niedrig
Kontrolle
Kontrolle Hoch

Kat.-Nr. 153765
Kat.-Nr. 153764
Kat.-Nr. 153763

Deutsch

Anwendung

QuikRead go CRP Control Low, QuikRead go CRP Control und QuikRead go CRP Control High sind für die Qualitätskontrolle der CRP Teste, gemessen mit dem QuikRead go Instrument, bestimmt. Nur für *in vitro* Diagnostik.

Testprinzip

Die Kontrolle wird unter der Berücksichtigung der Gebrauchs-information wie eine unbekannte **Plasma-/Serumprobe** verwendet.

Reagenzien

Bei dem Kontrollmaterial handelt es sich um human-basiertes Material mit farblicher Markierung. Sie soll genauso behandelt werden, wie eine Patientenprobe. Die Kontrolle ist in der Kuvette 15 Minuten lang stabil.

Vorbereitung

Die Kontrolle ist gebrauchsfertig. Vor Testdurchführung für ca. 30 min. bei 18...25°C stehen lassen. **Saft mischen**, nicht schütteln. Die Kontrolle ist humanen Ursprungs und sollte genauso gehandhabt werden wie Patientenproben.

Lagerung

Bei 2...8°C ist die Kontrolle bis zu dem auf der Packung angegebenen Verfallsdatum stabil.

Der Inhalt geöffneter Fläschchen ist bei 2...8°C für 2 Monate stabil. Gummi stopfen nicht wegwerfen.

Keine Fläschchen mit sichtbarer mikrobieller Bewachung verwenden.

Erwartete Werte

Die gemessene Konzentration sollte in dem auf dem Etikett angegebenen Meßbereich liegen. Darüber hinaus sollte jedes Labor eigene Mittelwerte und Standardabweichungen dokumentieren.

QuikRead go® CRP Control Low
QuikRead go® CRP Control
QuikRead go® CRP Control High

Contrôle, niveau bas
Contrôle
Contrôle, niveau haut

Nº réf. 153765
Nº réf. 153764
Nº réf. 153763

Français

Utilisation

Les contrôles QuikRead go CRP Control Low, QuikRead go CRP Control et QuikRead go CRP Control High sont destinés aux contrôles de qualité des dosages réalisés à l'aide de l'analyseur QuikRead go. Pour diagnostic *in vitro*.

Principe d'utilisation

Utiliser le contrôle de la même façon que les échantillons de **plasma/sérum** à tester en suivant le mode d'emploi.

Réactifs

Le contrôle est réalisé sur la base de prélevements humains avec ajout d'un colorant. Il doit être manipulé de la même façon que l'échantillon du patient. Le contrôle est stable pendant 15 minutes dans la cuvette.

Préparation

Le contrôle est prêt à l'emploi. Laisser la préparation 30 minutes à température ambiante (18...25°C) avant utilisation. **Mélanger doucement.** Ne pas secouer.

Conservation

À 2...8°C jusqu'à la date d'expiration inscrite sur la boîte. Flacon ouvert: Stable pendant 2 mois à 2...8°C. Ne jetez pas le bouchon en caoutchouc.

Ne pas utiliser un flacon montrant une croissance microbienne.

Valeurs attendues

Les résultats obtenus doivent être compris dans la fourchette de valeurs indiquées sur l'étiquette. Chaque laboratoire doit établir ses propres données de moyenne et d'exactitude.

Précautions d'emploi

• Les réactifs contiennent <0,1% d'azide de sodium, concentration à laquelle celui-ci n'est pas nocif. L'azide de sodium peut réagir avec les acides et libérer des gaz toxiques.

QuikRead go® CRP Control Low
QuikRead go® CRP Control
QuikRead go® CRP Control High

Control bajo
Control
Control alto

Nº. cat. 153765
Nº. cat. 153764
Nº. cat. 153763

Español

Uso recomendado

QuikRead go CRP Control Low, QuikRead go CRP Control y QuikRead go CRP Control High están indicados para el control de calidad de análisis de CRP con el instrumento QuikRead go. Para uso diagnóstico *in vitro*.

Principio del procedimiento

Utilizar el control de la misma forma que las muestras de **plasma/suero** del paciente, siguiendo las instrucciones del procedimiento del ensayo.

Reactivos

El control es material humano con color añadido. Debe ser manejado con las mismas precauciones que una muestra de paciente. El control se encuentra estable durante 15 minutos en la cubeta.

Preparación

El control está listo para el uso. Dejar que el material se establezca durante 30 minutos a temperatura ambiente (18...25°C). **Mezcle suavemente.** No agitar.

Conservación

El control es estable hasta la fecha de caducidad conservado a 2...8°C.

Vial abierto: Estable durante 2 meses conservado a 2...8°C. No deseche el tapón de goma. Desechar cualquier vial con signos de crecimiento microbiano.

Valores esperados

El resultado individual debe estar comprendido dentro del rango indicado en la etiqueta del vial de control. Cada laboratorio debe establecer su propia media y datos de precisión.

QuikRead go® CRP Control Low
QuikRead go® CRP Control
QuikRead go® CRP Control High

Control bajo
Control
Control alto

Cat. N. 153765
Cat. N. 153764
Cat. N. 153763

Italiano

Scopo del test

I controlli QuikRead go CRP Control Low, QuikRead go CRP Control e QuikRead go CRP Control High sono destinati al controllo di qualità dei test CRP con lo strumento QuikRead go. Per uso diagnostico *in vitro*.

Principio della procedura

Utilizzare il controllo nello stesso modo in cui andrebbe usato il **plasma/siero**, seguendo le istruzioni della procedura del test.

Warnings and precautions

- Reagents contain < 0.1% sodium azide, which is not considered a harmful concentration. Sodium azide liberates toxic gas when in contact with acids. Azides may react with metal plumbing, forming explosive compounds. Azide build-up can be avoided by flushing with a large volume of water when disposing of the reagents.
- Avoid using the last drops of the control because opening of the vial many times may result in evaporation, which may bias the results. If the control is not in the acceptable range, take a new vial.
- Do not use the product after the expiry date marked on the outer package.
- Do not exceed the stability periods for opened reagents.
- The control contains material of human origin, which has been tested and found negative for human immunodeficiency virus antibodies (HIV 1 and 2), hepatitis C virus (HCV) and hepatitis B surface antigen (HBsAg). As a precaution, handle the control as if capable of transmitting infectious agents.

Disposal

- Disposal of contents according to national and local law.
- Materials of the components
 - Paper: Instructions for use
 - Cartboard: Outer box
 - Glass: Control vials
 - Plastic: Vial caps
 - Rubber: Stopper
- When used in accordance with Good Laboratory Practice, good occupational hygiene and the instructions for use, the reagents supplied should not present a hazard to health.

Warn- und Entsorgungshinweis

- Das Reagenz enthält Natriumazid in einer Konzentration von < 0,1 %, die nicht als gesundheitsgefährlich eingestuft wird. Bei Kontakt mit Säuren setzt Natriumazid toxische Gase frei. Azide können mit Metallrohren reagieren, indem sie explosive Stoffe bilden. Die Bildung von Aziden kann vermieden werden, indem mit großen Mengen Wasser nach Wegschütten des Reagenzes gespült wird.
- Vermeiden Sie es die letzten Tropfen der Kontrollflüssigkeit zu verwenden, da mehrfaches Öffnen zu Verdunstung führt welches Einfluss auf das Messergebnis haben kann. Bei einem Ergebnis außerhalb der angegebenen Range ein neues Fläschchen benutzen.
- Das Produkt nicht nach dem Verfallsdatum auf der äußeren Verpackung verwenden.
- Die Stabilitätszeit für geöffnete Reagenzien nicht überschreiten.
- Die Kontrolle enthält Material menschlichen Ursprungs, das in Bezug auf das Vorhandensein von Antikörpern gegen das humane Immunodefizienz-Virus (HIV 1 und 2), das Hepatitis C Virus (HCV) und das Hepatitis B Oberflächenantigen (HBsAg) getestet und als negativ bestätigt wurde. Aus Sicherheitsgründen die Kontrolle als möglichen Überträger von Infektionskrankheiten behandeln.

Entsorgung

- Inhalt entsprechend nationalem und lokalem Recht zu führen.
- Materialien der Komponenten
 - Papier: Gebrauchsanweisungen
 - Karton: Umkarton
 - Glas: Kontrollfläschchen
 - Kunststoff: Fläschchenstopfen
 - Gummi: Stopfen
- Wird der Test in Übereinstimmung mit der Good Laboratory Practice, unter guten Hygienebedingungen und nach den Anweisungen dieser Gebrauchsinformation verwendet, stellen die Reagenzien keine Gefahr für die Gesundheit dar.

Destruction

- Eliminar el contenido conforme a las regulaciones nacionales y locales en vigor.
- Matériales des composants
 - Papier : Mode d'emploi
 - Carton : Boîte extérieure
 - Verre : Flacons de contrôle
 - Plastique : Bouchons des flacons
 - Caoutchouc : Bouchon
- S'ils sont utilisés selon les Bonnes Pratiques de Laboratoire, avec une bonne hygiène du plan de travail et suivant la notice d'utilisation, les réactifs ne représentent pas un danger pour la santé.
- Eliminar el contenido conforme a las regulaciones nacionales y locales en vigor.
- Matériales des composants
 - Papier : Mode d'emploi
 - Carton : Boîte extérieure
 - Verre : Flacons de contrôle
 - Plastique : Bouchons des flacons
 - Caoutchouc : Bouchon
- S'ils sont utilisés selon les Bonnes Pratiques de Laboratoire, avec une bonne hygiène du plan de travail et suivant la notice d'utilisation, les réactifs ne représentent pas un danger pour la santé.

Destrucción

- Eliminar el contenido en de acuerdo con la legislación nacional y local.
- Materiales de los componentes
 - Papel : Mode d'emploi
 - Cartón : Boîte extérieure
 - Vidrio : Flacones de control
 - Plástico : Tapones de los viales
 - Goma : Tapón
- Utilizados de acuerdo con las buenas prácticas de laboratorio, una higiene laboral correcta y estas instrucciones de uso, los reactivos suministrados no deben suponer un peligro para la salud.

Destrucción

- Eliminar el contenido en de acuerdo con la legislación nacional y local.
- Materiales de los componentes
 - Papel : Mode d'emploi
 - Cartón : Boîte extérieure
 - Vidrio : Flacones de control
 - Plástico : Tapones de los viales
 - Goma : Tapón
- Utilizados de acuerdo con las buenas prácticas de laboratorio, una higiene laboral correcta y estas instrucciones de uso, los reactivos suministrados no deben suponer un peligro para la salud.

Destrucción

- Eliminar el contenido en de acuerdo con la legislación nacional y local.
- Materiales de los componentes
 - Papel : Mode d'emploi
 - Cartón : Boîte extérieure
 - Vidrio : Flacones de control
 - Plástico : Tapones de los viales
 - Goma : Tapón
- Utilizados de acuerdo con las buenas prácticas de laboratorio, una higiene laboral correcta y estas instrucciones de uso, los reactivos suministrados no deben suponer un peligro para la salud.

Destrucción

- Eliminar el contenido en de acuerdo con la legislación nacional y local.
- Materiales de los componentes
 - Papel : Mode d'emploi
 - Cartón : Boîte extérieure
 - Vidrio : Flacones de control
 - Plástico : Tapones de los viales
 - Goma : Tapón
- Utilizados de acuerdo con las buenas prácticas de laboratorio, una higiene laboral correcta y estas instrucciones de uso, los reactivos suministrados no deben suponer un peligro para la salud.

Destrucción

- Eliminar el contenido en de acuerdo con la legislación nacional y local.
- Materiales de los componentes
 - Papel : Mode d'emploi
 - Cartón : Boîte extérieure
 - Vidrio : Flacones de control
 - Plástico : Tapones de los viales
 - Goma : Tapón
- Utilizados de acuerdo con las buenas prácticas de laboratorio, una higiene laboral correcta y estas instrucciones de uso, los reactivos suministrados no deben suponer un peligro para la salud.

Destrucción

- Eliminar el contenido en de acuerdo con la legislación nacional y local.
- Materiales de los componentes
 - Papel : Mode d'emploi
 - Cartón : Boîte extérieure
 - Vidrio : Flacones de control
 - Plástico : Tapones de los viales
 - Goma : Tapón
- Utilizados de acuerdo con las buenas prácticas de laboratorio, una higiene laboral correcta y estas instrucciones de uso, los reactivos suministrados no deben suponer un peligro para la salud.

Destrucción

- Eliminar el contenido en de acuerdo con la legislación nacional y local.
- Materiales de los componentes
 - Papel : Mode d'emploi
 - Cartón : Boîte extérieure
 - Vidrio : Flacones de control
 - Plástico : Tapones de los viales
 - Goma : Tapón
- Utilizados de acuerdo con las buenas prácticas de laboratorio, una higiene laboral correcta y estas instrucciones de uso, los reactivos suministrados no deben suponer un peligro para la salud.

Destrucción

QuikRead go® CRP Control Low	Controle materiaal Laag	Cat. Nr. 153765	Nederlands
QuikRead go® CRP Control	Controle materiaal	Cat. Nr. 153764	
QuikRead go® CRP Control High	Controle materiaal Hoog	Cat. Nr. 153763	

Beoogd gebruik

QuikRead go CRP Control Low, QuikRead go CRP Control och QuikRead go CRP Control High är avsedd för kvalitetskontroll av CRP-analysen utfört på QuikRead go Instrument. För *in-vitro* diagnostik.

Principes van de procedure

Gebruik de controle op dezelfde manier als een onbekend plasma/serum-monster gebruikt zou worden, volgens de instructies van een normale testprocedure.

Reagentia

De controleveleistof bestaat uit materiaal van menselijke origine waaraan kleur is toegevoegd. Het moet op dezelfde manier worden behandeld als een patiëntmonster. Het controlesmiddelet is 15 minuten stabiel in de cuvet.

Voorbereiding

De controleveleistof is klaar voor gebruik. Laat het materiaal gedurende 30 minuten bij kamertemperatuur (18...25°C) stabiliseren. **Meng voorzichtig!** Niet schudden.

Opslag

Stabiel tot de vervaldatum, indien bewaard bij 2...8°C. Geopende flacon: stabiel gedurende 2 maanden bij 2...8°C. Gooi de rubberen stop niet weg.

Gebruik geen flacon met zichtbaar bewijs van microbiële groei.

Verwachte waarden

Het resultaat van de controle test moet binnen het bereik liggen, dat op het etiket van het controle potje staat aangegeven. Elk laboratorium kan zijn eigen gemiddelde en precisiegegevens bepalen.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

- Reagentia bevatten < 0,1% natriumazide, wat niet als een schadelijke concentratie wordt beschouwd. Natriumazide

maakt giftig gas vrij wanneer het in contact komt met zuren. Aziden kunnen reageren met metalen leidingen, waardoor explosieve verbindingen worden gevormd. Azide-opbouw kan worden voorkomen door te spoelen met een grote hoeveelheid water bij het weggoeden van de reagentia.

- Vermijd het gebruik van de laatste druppeltjes controle materiaal. Dit omdat het vaak openen van de flacon verdamping tot gevolg kan hebben, wat de resultaten kan beïnvloeden. Als de controle zich niet in het acceptabele bereik bevindt, neem dan voor controle en meer zekerheid een nieuwe verpakking.
- Gebruik het product niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de buitenverpakking.
- Overschrijdt de stabiliteitsperiodes voor geopende reagentia niet.

- Het controlesmiddelet bevat materiaal van menselijke oorsprong. Dit materiaal is getest en negatief bevonden voor antilichamen tegen het humaan immunodeficiëntievirus (HIV 1 en 2), hepatitis C-virus (HCV) en hepatitis B-overflakte-antigeen (HBsAg). Behandel het controlesmiddelet uit voorzorg als een stof die infectieuze agentia kan overdragen.

Beschikking

- Voer de inhoud af volgens de nationale en lokale wetgeving.
- Materialen van de gebruikte componenten
Papir: Gebruksaawijzing
Karton: Buitense doos
Glas: Controleflacons
Plastic: Dopjes van flacons
Rubberen: Stop
- Bi gebruik volgens goede laboratoriumvoorschriften, goede arbeidshygiëne en de gebruiksaawijzing, mogen de geleverde reagentia geen gevaar voor de gezondheid opleveren.

Att täcka på

- Reagenserna innehåller < 0,1 % natriumazid, vilket inte anses vara en skadlig koncentration. Natriumazid frigör giftig gas vid kontakt med syrer. Azider kan reagera med metallar i avloppsrör och bilda explosiva föreningar. Undvik azidansamling genom att spola med stora mängder vatten vid kassering av reagens.
- Undvik att använda de senaste kontrolldropparna eftersom öppningen av flaskan många gånger kan resultera i avdunstning, vilket kan förspänna resultaten. Om kontrollen inte är i acceptabelt område, ta en ny flaska.
- Använd inte produkten efter det utgångsdatum som anges på den yttre förpackningen.
- Överskrid inte hållbarhetstiden för öppnat reagens.
- Kontrollen innehåller material av humant ursprung, som har testats och funnits vara negativt för antikroppar mot humant

immunbristvirus (HIV 1 och 2), antikroppar mot hepatitis C-virus (HCV) och hepatit B-tytanter (HBsAg). Som en försiktighetsåtgärd ska kontrollen hanteras som om den var ett smittförande material.

Bortskaffande

- Innehållet lämnas till kassering enligt nationell och lokal lagstiftning.
- Material i komponenterna
Papper: Bruksanvisning
Kartong: Ytterläda
Glas: Kontrollflaskor
Plast: Lock till flaskor
Gummi: Prop
- Om användning enligt god laboratoriepraktik, god arbetshygien och dessa användningsinstruktioner bör reagensen inte utgöra någon hälsofar.

QuikRead go® CRP Control Low	Kontroll, lav nivå
QuikRead go® CRP Control	Kontroll
QuikRead go® CRP Control High	Kontroll, högt nivå

Kat. nr. 153765

Kat. nr. 153764

Kat. nr. 153763

Norsk

Bruksområde

QuikRead go CRP Control Low, QuikRead go CRP Control och QuikRead go CRP Control High är beregnet på kvalitetskontroll av CRP-analyser på QuikRead go-instrumentet. För *in vitro* diagnostisk bruk.

Prosedyre

Bruk kontrollen på samme måte som en **plasma/serumprøve**. Følg bruksanvisningen for prøveprosedyren.

Reagenser

Kontrollen er humanbasert materiale med tilført farge. Den skal behandles på samme måte som pasientprøver. Kontrollen er stabilt i kuvetten i 15 minutter.

Forberedelse

Kontrollen er klar til bruk. La kontrollen stabiliseres (18...25°C) i 30 minutter. **Bland forsiktig.** Ikke rist.

Oppbevaring

Kontrollen er stabilt inntil utløpsdatoen når den er oppbevart ved 2...8°C.

Apenet flaske: Stabil i 2 måneder ved 2...8°C. Ikke kast gummiproppen.

Ikke bruk kontrollen hvis den viser tydelig tegn på mikrobiologisk vekst.

Forventede verdier

Det enkelte resultat skal ligge innenfor de verdier som er angitt på etiketten på flasken. Hvert laboratorium bør etablere sin egen gjennomsnittsverdi og presisjonsdata.

QuikRead go® CRP Control Low	Kontrol lav
QuikRead go® CRP Control	Kontrol
QuikRead go® CRP Control High	Kontrol høy

Varenummer 153765

Varenummer 153764

Varenummer 153763

Dansk

frigiver giftige gasser, når det kommer i kontakt med syrer. Azider kan reagere med metallet i f.eks. stålvaske og denne eksplosive forbindelser. Opphøping av azider kan unngås ved å bruke rikelig med vann når reagensene tømmes ut.

- Undgå å bruge de sidste drærene af kontrollen, da de mange abninger af hætteglaset kan resultere i fordampning, hvilket kan forstyrre resultaterne. Hvis kontrollen ikke er indenfor det acceptable område, bedes en ny kontrol tages i brug.

- Produktet må ikke anvendes efter den udløbsdatoen, der er trykt på den ydre emballage.
- Åbnede reagenser må ikke anvendes ud over stabilitetsperioden.

- Kontrollen indeholder materiale af human oprindelse, der er testet negativt for antistoffer mod human immundefektivirus (anti-HIV 1 og 2), hepatitis C-virus (HCV) og overfladeantigen til hepatitis B-virus (HBsAg). Kontrollen skal som en sikkerhedsforanstaltning håndteres, som om den kan være smittebærende.

Bortskaffelse

- Indholdet skal avhendes i samsvar med nasjonal og lokal lovgeving.
- Materialer i komponentene
Papir: Pakningsvedlegg
Papp: Utsiden av esken
Glass: Kontrollflasker
Plast: Korker på flasker
Gummi: Gummipropp

- Når testet utføres i samsvar med god laboratoriepraksis, god hygiene og pakningsvedlegget, skal reagensene som følger med i pakken, ikke representere noen helsefare.

QuikRead go® CRP Control Low	Kontrol lav
QuikRead go® CRP Control	Kontrol
QuikRead go® CRP Control High	Kontrol høj

Varenummer 153765

Varenummer 153764

Varenummer 153763

Dansk

Påtænkt anvendelse

QuikRead go CRP Control Low, QuikRead go CRP Control och QuikRead go CRP Control High er beregnet til kvalitetskontrol af CRP-assays, der er udført med QuikRead go-instrumentet. Til *in vitro* diagnostisk brug.

Testprocedre

Anvend kontrollen på samme måte som en ukendt **plasma/serumprøve** ved at følge vejledningerne for testproceduren.

Reagenser

Kontrollen er humanbaseret materiale med tilføjet farve og skal behandles på samme måte som en patientprøve. Kontrollen er stabilt i 15 minutter i kuvetten.

Forholdsregler

Kontrollen er klar til-brug. Kontrollen skal stabiliseres i 30 min. ved stuetemperatur (18...25°C). **Bland forsigtigt**, men ikke rystes.

Opbevaring

Holdbar inntil udløbsdatoen, hvis den opbevares ved 2...8°C.

Anbrudt flaske: Holdbar i 2 mdr. ved 2...8°C. Kassér ikke gummiproppen.

Anvend aldrig en kontrol, som har tydelig tegn på mikrobiel vekst.

Forventede værdier

Det individuelle resultatet bør være indenfor området vist på kontrollflaskens etiket. Hvert laboratorium bør etablere deres eget referenceområde for kontrollen.

Advarsler og forholdsregler

- Reagensene indeholder < 0,1 % natriumazid, hvilket ikke betragtes som en skadelig koncentration. Natriumazid

frigiver giftige gasser, når det kommer i kontakt med syrer.

Azider kan reagere med metallet i f.eks. stålvaske og denne eksplosive forbindelser. Opphøping av azider kan unngås ved at skylle med store mængder vand ved bortskaffelse af reagenser.

- Undgå at bruge de sidste drærene af kontrollen, da de mange abninger af hætteglaset kan resultere i fordampning, hvilket kan forstyrre resultaterne. Hvis kontrollen ikke er indenfor det acceptable område, bedes en ny kontrol tages i brug.

- Produktet må ikke anvendes efter den udløbsdatoen, der er trykt på den ydre emballage.

- Åbnede reagenser må ikke anvendes ud over stabilitetsperioden.

- Kontrollen indeholder materiale af human oprindelse, der er testet negativt for antistoffer mod human immundefektivirus (anti-HIV 1 og 2), hepatitis C-virus (HCV) og overfladeantigen til hepatitis B-virus (HBsAg). Kontrollen skal som en sikkerhedsforanstaltning håndteres, som om den kan være smittebærende.

Kortfattet informasjon

- Reagenset sisältää natriumatsidia < 0,1 %, mitä ei pidetä haitalliseksi pitoisuuteen. Natriumatsidi kehittää myrkkylistä kaasua hapon kanssa reagoissaan. Aidsitidit voivat reagoida metallisten myriäpitukien kanssa ja muodostaa räjähtävää yhdisteitä. Aidsitidit kertyvät putkistoihin voimakkaasti ja huuhtelemaan hävitettävästä reagensistit runsaana veden kanssa viemään.

- Vältä viimeistä kontrollipisaroiden käytästä, koska pullon avaaminen useaan kertaan voi aiheuttaa haitumista, joka saattaa vähentää tulosta. Jos tulos ei ole hyväksytävällä alueella, sitä tulee käsitellä kuten mitä tahansa potilaan tulosta.

- Älä käytä tuotetta ulkopakkauksen merkeillä.

- Älä käytä avattuja reagensseja säälytysajanjärjestyksessä.

- Kontrolli sisältää ihmisperäistä testausta materiaalia, joka ei sisällä ihmisen immunitatiiviruksen vasta-aineita (HIV-1 tai HIV-2-vasta-aineita), hepatiti C-virusen vasta-aineita (HCV-vasta-aineita) eikä hepatiti B:n pinta-antigenia (HBsAg). Käsittele kontrollia kuitenkin varoen ja tarttaa varallisen aineen tavoin.