



Egyszerű és praktikus vizelettenyésztés helyben. Uricult® Plus modell folyamatára

Uricult® Plus

Kultúrán alapuló rendszer bakteriális vizeletürítés kimutatására.

- Rendelési információ: 67465 Uricult Plus, 10 teszt
- CLED táptalaj a teljes baktériumszámhoz
- Szelektív MacConkey táptalaj gram-negatív baktériumokhoz
- Szelektív enterococcus táptalaj enterococcusokhoz, B csoportba tartozó *Streptococcus* is növekedhet ezen a táptalajon
- Észlelési tartomány 10^3 – 10^7 CFU/ml
- Tárolás 7 – 25 ° C-on, elkerülve a huzatot és a hőmérséklet-ingadozásokat
- Eltarthatóság a gyártástól számított kilenc hónap
- Inkubálás 36 ± 2 ° C-on 16–24 órán keresztül, bizonyos esetekben további 24 órás inkubációra lehet szükség

Mintagyűjtés

A baktériumtenyésztéshez szükséges vizeletnek a mintavétel előtt négy órán keresztül a hólyagban kell maradnia. Közvetlenül a mintagyűjtés után a mintát be kell oltani, vagy hűtőszekrényben (2 – 8 ° C-on) legfeljebb 24 órán keresztül lehet tárolni az oltás előtt. Egyes gyógyszerek (különösen az antibiotikumok) befolyásolhatják az eredményeket. Ezért a mintát csak 48 órával az utolsó gyógyszeradag beadása után szabad összegyűjteni.

További részletekért olvassa el a használati útmutatót.



Könnyedén használható!



Merítés vagy öntés



Inkubálás



Értelmezés

Uricult® Plus

Organizmusok a táptalajon



Telepek sűrűsége *Enterococcus* CFU/ml

